

○厚生労働省告示第三十五号

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第四百十五号）第二十三条の二の二十三第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二の二十三第一項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器（平成十七年厚生労働省告示第百十二号）の一部を次の表のように改正する。

令和元年六月十七日

厚生労働大臣 根本 匠

改正後		別表第三	
十八	(略)	番号	基準
	(略)	医療機器の名称	
	(略)	日本工業規格 又は国際電気 標準会議が定 める規格	
	(略)	使用目的又は 効果	
全身の検査を行 うために、患 者に投与した ポジトロン放 射性医薬品の 体内におけ る分布をガン マ線検出器を 用いて検出し 、体内の分布 情報を画像と して診療のた めに提供する こと又は全身 の検査を行っ た後に乳房検 査用核医学診 断用ポジトロ ンCT装置に より放射性医			

改正前		別表第三	
十八	(略)	番号	基準
	1 核医学診断 用ポジトロン CT装置	医療機器の名称	
	(略)	日本工業規格 又は国際電気 標準会議が定 める規格	
	(略)	使用目的又は 効果	
患者に投与した ポジトロン放 射性医薬品の 体内におけ る分布を、ガ ンマ線検出器 を用いて体外 から検出した 画像情報を診 療のために提 供すること。			

(傍線部分は改正部分)

四百八十七	(略)	四百一	(略)	百五十八	百五十七	(略)	
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	
C 六二三八八	C 六二三八八	C 六二三八八	C 六二三八八	T 五九一三	T 五九一三	T 五九一三	
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	薬品の乳房内 における分布 を検出し、乳 房内の分布情 報を画像とし て診療のため に提供するこ と。

四百八十七	(略)	四百一	(略)	百五十八	百五十七	(略)	
1 核医学装置 ワークステー ション	1 ホルタ解析 装置	1 超音波歯周 用スクーラ	1 歯科用エア スクーラ	T 五九一〇	T 五九一一	T 五九一一	
2 MR装置ワ ークステーシ ョン	C 六九五〇	C 六九五〇	C 六九五〇	(略)	(略)	(略)	
3 X線画像診 断装置ワーク ステーション	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	
4 超音波装置 ワークステー ション	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	
5 汎用画像診 断装置ワーク	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	

八百	(略)	六百二	(略)	五百九十八	(略)
(略)		1 テレメトリ 式心電受信 機 2 テレメトリ 式パルスオ キシメータ受 信機		(略)	
(略)		C 六二二六八 一	(略)	C 六二二六八 一	(略)
	位置情報を表 示すること で中枢神経系 (脳神経等)を 除く外科手術 の支援に用い ること(トラ ッキングシス ト。	患者環境内外 において心電 送信機又はパ ルスオキシメ ータ送信機か らの無線信号 を受信するこ と。			

八百	(略)	六百二	(略)	五百九十八	(略)
1 手術用ナビ ゲーションユ ニット		1 テレメトリ 式心電受信 機 2 テレメトリ 式パルスオ キシメータ受 信機		1 セントラル モニタ	ステーション
(略)		C 六九五〇 一	(略)	C 六九五〇 一	
	位置情報を表 示すること で中枢神経系 (脳神経等)を 除く整形外科 手術の支援に 用いること(ト ラッキングシ ス	心電送信機又 はパルスオキ シメータ送信 機からの無線 信号を患者環 境外において 受信すること		(略)	

九百十五	(略)	八百八十八	(略)	八百八十六	(略)	
(略)		(略)		(略)		
一 C六二三六八		一 C六二三六八		一 C六二三六八		
(略)		(略)		(略)		テムは光学式に限る。)

九百十五	(略)	八百八十八	(略)	八百八十六	(略)	
1 セントラル モニター用プロ	5 汎用画像診断装置ワーク ション用プログラム	1 核医学装置 ワークステーション 用プログラム	1 ホルタ解析 装置用プログラム			
一 C六九五〇一		一 C六九五〇一	一 C六九五〇一			
(略)		(略)	(略)			システムは光学式に限る。)

